Relatório Conformidade do Produto

L0717
ISO/IEC 17025
Ensaios

Dados do cliente

Cod.	Cliente		NIF	Contato
C6300	Frilabo II, Lda.		507958861	225 188 912
Rua Poça das Rãs, 109		4475-625	Milheirós	MAIA

Relatório

Relatório nº R000867 *Versão*

Data de produção 15/07/2020

Dados do Meio de Cultura

Referência	Meio de cultura	Lote	Data de validade
FRI0270P	Chromagar Vibrio (20 PLC)	000867	15/10/2020

Descrição

CHROMagar Vibrioé um meio para isolamento e deteção de Vibrio parahaemoliticus, V. vulnificus e V. cholerae
O género de Vibrio contém mais de 20 espécies, sendo quatro destas identificadas como perigosas no âmbito de Saúde Pública (V. parahaemoliticus, V. vulnificus, V. alginolyticus, V. cholerae). É um meio com um desempenho muito superior com TCBS, mesmo aquando o uso de um meio de enriquecimento, diminuindo a possibilidade de falsos negativos obtidos em nesse meio.

Dados de matéria prima

Lote meio desidratado:	Lote suplemento 1:	Lote suplemento 2:	Tempo
P001466			T0

Controlo Fisico-Químico

Controlo Fisico-Quimico			
Parâmetro analítico	**Parâmetro analítico de controlo**	**Resultado esperado**	**Resultado**
3	Cor meio desidratado	Bege, homogeneo	Conforme
4	Aparência meio desidratado	Liofilizado sem gránulos	Conforme
13	Cor do meio preparado	Bege, levemente opaco	Conforme

Valor de pH esperado

Especificações	Método de ensaio	pH		Temperatura	Resultado	Incerteza
9.0 +/- 0.2 a 25ºC	*PMC 15, rev04	8.8	a	24.5 ºC	Conforme	0,1

Controlo Microbiológico
de acordo com a ISO11133 e EP

Controlo Microbiológico		
Parâmetro analítico	**Parâmetro analítico de controlo**	**Resultado esperado**
23	Condições de Incubação	Aeróbia a 36 ± 2°C por 21±3 horas
24	Teste Produtividade Quantitativo	
25	Teste Produtividade - Meio Referência	TSA
27	Teste Produtividade - Inóculo	≤ 100 UFC
29	Teste Selectividade Qualitativo	
30	Teste Selectividade - Meio Referência	Chromagar Vibrio
32	Teste Seletividade- Inóculo	> 10*4 UFC

Teste Produtividade (Pr)

Especificações	Pr - Estirpe Controlo 1	Resultado
>= 0.5	0.8	Conforme

Controlo	Resultado esperado	Resultado
Teste de Esterilidade	Ausência de crescimento	Conforme
Teste Produtividade - Estirpe Controlo	Vibrio parahaemolyticus ATCC17802- Bom crescimento - Colónias rosa	Conforme
Teste Selectividade - Estirpe Controlo 1	Escherichia coli WDCM00013 - Inibição total	Conforme

Observações:

Parâmetros assinalados com (*) estão no âmbito da acreditação. Regra de decisão aplicada ao ensaio não considera a sua incerteza. O ensaio foi realizado na data de produção.
O relatório de conformidade e a amostragem não estão no âmbito da acreditação.
Os resultados referem-se apenas à amostra ensaiada.
Recomenda-se o armazenamento dos produtos a 5±3ºC.

Aprovado

Data	Técnico:	Aprovado por:
20/07/2020	Carolina Nicolau Técnico	Mafalda Regado Responsável Técnico

Rua Poça das Rãs,109, Milheirós, 4475-265 Maia; Telf: 225188912, Fax.: 225188914; e-mail: info@frilabo.pt
Este documento não pode ser reproduzido, exceto integralmente, sem autorização por escrito da Frilabo