

Relatório de Conformidade do Produto



Nº. Relatório: R003497



Dados de Cliente

Nome	Morada	Contacto	NIF
Frilabo II, Lda	Rua Poça das Rãs, 109, 4475-265, Milheirós	225 188 912	507958861

Dados do Meio de Cultura

Referência	Meio de Cultura	Rev.	Lote	Data de Produção	Data de Validade
FRI0350P	Legionella GVPC Agar (20 placas)	2	003497	07/10/2024	07/02/2025

Descrição

Legionella GVPC AGAR é um meio seletivo para deteção e enumeração de Legionella, de acordo com a ISO11731.

Dados e Controlo de Matéria-Prima

Controlo	Marca	Referência	Lote	Especificação (Cor; Aparência)	Resultado
Base					
BCYE Agar	Neogen	NCM0037B	UK323863/227	Cinza-preto	Conforme
				Liofilizado sem grânulos	Conforme
Suplementos					
BCYE Growth Supplement	Neogen	NCM4006-0.5	UK326466	Branco	Conforme
				Liofilizado sem grânulos	Conforme
GVPC Selective Supplement	ABE	DSHB3070	154397	Branco	Conforme
				Liofilizado sem grânulos	Conforme

*Dados de Controlo Meio Pronto - Físico (de acordo com a ISO 11133 e Farmacopeia Europeia)

	Especificação	Resultado	Conformidade	Método de Ensaio
Cor	Preto		Conforme	PMC02, REV 02
Aparência	Homogéneo		Conforme	PMC02, REV 02
Espessura	3,00±0,50	3,50	Conforme	PMC02, REV 02

Dados de Controlo Meio Pronto - Químico (de acordo com a ISO 11133 e Farmacopeia Europeia)

	Especificação	Resultado	Temperatura	Conformidade	Incerteza	Método de Ensaio
pH (Escala Sorensen)	6,80±0,20	7,00	24,8	Conforme	± 0,10	PMC15, REV 05

Este documento não pode ser reproduzido, exceto integralmente, sem autorização por escrito da Frilabo.
Os resultados apresentados referem-se apenas aos equipamentos ensaiados/calibrados.



Frilabo
Rua Poça das Rãs 109, Milheirós
4475-265 Maia

Mod.089
Pág. 1 / 2



***Dados de Controlo Meio Pronto - Microbiologia** (de acordo com a ISO 11133 e Farmacopeia Europeia)

Condições de incubação: Aeróbia a 36 ± 2°C por 2 - 5 - 10 dias

Meio Referência: Legionella BCYE Agar

Inóculos: 50-100 UFC (Produtividade quantitativa); >= 10^4 UFC (Seletividade);

Microrganismos	Especificação	Pr	Resultado	Conformidade	Método de Ensaio
Legionella pneumophila WDCM00107	Bom crescimento - Colónias cinza-esbranquiçadas	≥ 0,50	0,70	Conforme	PMC04, REV 02
Escherichia coli WDCM00013	Inibição total a parcial			Conforme	PMC10, REV 02
Enterococcus faecalis WDCM00009	Inibição total			Conforme	PMC10, REV 02
Pseudomonas aeruginosa WDCM00026	Inibição total a parcial			Conforme	PMC10, REV 02

Controlo de esterilidade

Ausência de crescimento	Incubação aeróbia a 36 ± 2°C por 5 dias	Conforme	PMC05, REV 02
-------------------------	---	----------	---------------

Parâmetros assinalados com (*) não estão no âmbito da acreditação. A amostragem não está no âmbito da acreditação. Regra de decisão: Incerteza não é considerada na avaliação da conformidade. A incerteza expandida está expressa pela incerteza-padrão combinada multiplicada pelo fator de expansão k=k'(2) o qual para uma distribuição t-student com v_{eff}=v_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a um nível de confiança de aproximadamente 95%. O ensaio foi realizado na data de produção e amostragem para ensaio é da responsabilidade do técnico de CQ do laboratório. Os resultados referem-se apenas à amostra analisada. Recomenda-se o armazenamento dos produtos a 2 a 10 °C.

Data:	Técnico CQ:	Aprovado por RT:
15/10/2024	Carolina Nicolau	Mafalda Regado